

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej pod nazwą **dostawa sprzętu, wyposażenia laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych.**

Prezydent Miasta informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o informację, czy dopuścicie Państwo w poz. 12 (dygestorium) termin realizacji ok. 10 tygodni.

W naszej ofercie dygestorium jest realizowane na zamówienie, według wysokich standardów, obowiązuje realizacja według kolejności zamówienia. W aktualnej sytuacji jest to termin 10 tygodni.

Ad. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy.

2. Dodatkowo proszę o dodatkowe informacje dotyczące poz. 21, 22, 23, 24 czy mamy zaoferować zwykłe kolby kuliste bez szlif? Zaznaczam też, że kolby kuliste nie posiadają skali, mają oznaczoną pojemność i logo producenta.

Ad. 2:

Zamawiający dopuszcza zarówno kolby okrągłodenne ze szlifem jak i bez szlif. W odniesieniu do zagadnienia skali, Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 w pozycjach 21,22,23,24 tj:

poz. 21

było:

Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła, ze skalą o pojemności 50 ml.

jest:

Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła o pojemności 50 ml.

poz. 22

było:

Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła, ze skalą o pojemności 100 ml.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Jest:

Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła o pojemności 100 ml.

Poz. 23

było:

Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła, ze skalą o pojemności 250 ml.

jest:

Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła o pojemności 250 ml.

Poz. 24

było:

Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła, ze skalą o pojemności 500 ml.

jest:

Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła o pojemności 500 ml.

3. Czy w poz. 11 dopuścicie Państwo do realizacji drążek wykonany z wysokogatunkowego aluminium (b.lekki) o zakresie 1250-2500 mm?

<https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/68/3277668.jpg>

Ad. 3:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę asortyment.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 w poz. 11:

było:

(...) drążka teleskopowego z włókna szklanego, o regulowanej długości od 145 do 275 cm

jest:

drążka teleskopowego o regulowanej długości, gdzie długość maksymalna po rozłożeniu wynosi nie mniej niż 250 cm nie więcej niż 300 cm

4. W poz. 84 mamy zaproponować wagę o obciążeniu całkowitym 5200 g i dokładności 1 g.

Proszę o rozpatrzenie możliwości zakupu wagi o obciążeniu max. 500 g i dokładności



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



0,1 g.

Waga tego samego Producenta.

Naszym zdaniem wagi o tak dużym obciążeniu nie są w szkole potrzebne, z reguły odważa się małe naważki. W tym przypadku jest waga o większej dokładności.

Możemy też wycenić np 1 wagę o obciążeniu max. 5,2 kg i resztę o obciążeniu 0,5 kg i dokładności 0,1g.

Ad. 4:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść załącznika numer 1 w pozycji 84:

było:

Waga elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym, nośność wagi min. 5200 g , dokładność pomiaru - 1 g.

jest:

Waga elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym, nośność wagi min. 3000 g , dokładność pomiaru – 0,1 g.

Ponadto Zamawiający wykreśla z załącznika nr 1 poz. 223.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. Nr 1 - Wykaz przedmiotu zamówienia

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych

Nr Mdok: 124112/09/2018



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.