

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA
zał. 1b do SIWZ – nr 1b do wzoru umowy

Pozycja 1

Przedmiot: **Łóżko rehabilitacyjne**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Wymiary leża 90 x 200 cm(+/-2%).
2.	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru obudowy.
3.	Obudowa łóżka w kolorze drewno naturalne z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi poruszającymi się w ceowniku skrzyni.
4.	Przód i tył płyta laminowana, słupki oraz krawędź górna z drewna. Minimum dwie wysokości zawieszenia leża.
5.	Leże czterosegmentowe.
6.	Regulacja wysokości leża na pilota.
7.	Regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota.
8.	Indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych.
9.	Wysięgnik, pilot i barierki na wyposażeniu.
10.	Deklaracja zgodności z wyrobem medycznym

Numer MDOK 91855/07/2020

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1b do SIWZ, nr 1b do wzoru umowy	Strona 1 z 6
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 2

Przedmiot: **Materac przeciwoleżynowy**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	gofrowany
2.	o wymiarach: 90 x 200 cm (+/-5%)
3.	wysokość 12 cm (+/-2cm)
4.	wykonany z pianki poliuretanowej
5.	z cyrkulacją powietrza
6.	Deklaracja zgodności z wyrobem medycznym.

Numer MDOK 91855/07/2020

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1b do SIWZ, nr 1b do wzoru umowy	Strona 2 z 6
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 3

Przedmiot: **Stolik przyłóżkowy**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Wymiary blatu: 60 x 40cm (+/- 5%)
2.	Wysokość regulowana w zakresie: 70 - 105 cm;
3.	Min. obciążenie: 8 kg.
4.	Min. 3 pozycje nachylenia blatu;
5.	Koła z możliwością hamowania.
6.	Wysokość stolika regulowana bezstopniowo.
7.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

Numer MDOK 91855/07/2020

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1b do SIWZ, nr 1b do wzoru umowy	Strona 3 z 6
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 4

Przedmiot: Sterylizator

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Moc: 3,5 kW +/- 5%.
2.	Ciśnienie robocze: 2,1 Bar +/- 5%
3.	Ciśnienie max: 2,3 Bar
4.	Max. temperatura procesu: 137°C.
5.	Objętość komory procesowej min.: 2,5l.
6.	Wymiary komory procesowej: 29 x 19 x 4,5cm (+/-5%)
7.	Wymiary urządzenia: 56 x 25 x 16 cm (+/-5%)
8.	Waga max: 15kg.
9.	Zasilanie: 230V

Numer MDOK 91855/07/2020

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1b do SIWZ, nr 1b do wzoru umowy	Strona 4 z 6
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 5

Przedmiot: Podnośnik

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Parametry techniczne: 113 x 58 x 110 cm (+/-5%)
2.	Zasięg podnoszenia min. 28 cm
3.	Zakres podnoszenia nie mniejszy niż 74-177,5 cm
4.	Min. obciążenie 150 kg
5.	Wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa
6.	sterowanie elektryczne
7.	jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny
8.	koła przednie obrotowe
9.	koła tylne wyposażone w hamulec
10.	regulowana szerokość nóg podstawy
11.	Podnośnik wyposażony w nosidło zapewniające-stabilizację pleców
12.	Konstrukcja podnośnika umożliwiająca podnoszenie pacjenta z łóżka, z wózka, z poziomu podłogi.
13.	Deklaracja zgodności z wyrobem medycznym.

Zolwiedra
Zastępca Dyrektora
Wydziału Inwestycji i Remontów
[Signature]
sz. bud. Marzenia Szczepańska

Numer MDOK 91855/07/2020

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1b do SIWZ, nr 1b do wzoru umowy	Strona 5 z 6
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Numer MDOK 91855/07/2020

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1b do SIWZ, nr 1b do wzoru umowy	Strona 6 z 6
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------