

Treść zapytań wraz z odpowiedziami

I. Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Głowackiego w Lublinie po pożarze** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1/ Załącznik 1b

Czy Zamawiający dopuści wydzieli łóżka i materace do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie łóżek i materacy do odrębnego pakietu.

2/ Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 40-80 cm, bez możliwości zawieszenia leża na dwóch wysokościach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wysokość leża zaproponowaną przez Wykonawcę, z możliwością zawieszenia leża na jednej wysokości.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

3/ Dotyczy: załącznik nr 1a do SIWZ, 1a do wzoru umowy-stawka 23%

Poz. 2 Szafa do szatni pracowników-21 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 1800x800x500 mm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie szaf o wymiarach 1800 x 800 x 500 mm z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w którym mają stać.

4/ Poz. 3 Szafa ognioodporna- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 1950x950x550 mm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie szafy o wymiarach 1950x950x550 mm z uwagi na wymiary wnęki, w której w/w szafa ma stać.

5/ Poz. 4 Szafa metalowa na dokumentację- 6 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 199x80x43,5 cm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie szaf o wymiarach 199 x 80 x 43,5 cm z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w którym mają stać.

6/ Poz. 25. Chłodziarka podblatowa- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o wymiarach (wys.xszer.xgł.) 125x55x61,2 cm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o wymiarach (wys.xszer.xgł.) 125x55x61,2 cm z uwagi na konieczność dopasowania chłodziarki do mebli pod wymiar.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 25 – chłodziarka wolnostojąca zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz.25- chłodziarka wolnostojąca.

7/ Poz. 28 Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca- 3 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie kuchenki o wymiarach (GxSxW) 35,4x48,9x27,5 cm

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie kuchenki o wymiarach 35,4x48,9x27,5 cm z uwagi zbyt małe rozmiary.

8/ Poz. 29 Okap teleskopowy podszafkowy- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie okapu o poziomie hałasu 62 dB.

2. Prosimy o dopuszczenie okapu o poziomie hałasu 65 dB.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie okapu o poziomie hałasu 62 dB oraz 65 dB z uwagi na znaczną różnicę od wymaganego przez Zamawiającego maksymalnego dopuszczanego poziomu hałasu.

9/ Poz. 32 Ksero- 1 szt.

1. Zamawiający wymaga: funkcje, wysyłanie.

Czy Zamawiający ma na myśli funkcję faksu?

2. Zamawiający wymaga: pamięć minimum:768 MB.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 256MB pamięci.

3. Zamawiający wymaga: Powiększenie/pomniejszenie-ZOOM 50%,70%,100%, 141%, 200% lub więcej.

Prosimy o usunięcie tego parametru.

4. Zamawiający wymaga: Rozdzielczość drukowania: 2400x600 dpi

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o rozdzielczości drukowania 1200x600 dpi

5. Zamawiający wymaga: Funkcje wykańczania dokumentów.

Jaka funkcję Zamawiający ma na myśli? Prosimy o doprecyzowanie funkcji lub usunięcie tego parametru.

W związku z wycofaniem z produkcji opisanego ksero prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:

- rozdzielczość 3600 punktów na cal (dpi)

- gramatura papieru: podajnik 1:Od 60 do 220 g/m2 (zwykły papier), od 105 do 220 g/m2 (papier błyszczący), podajnik 2: Od 60 do 220 g/m2 (zwykły papier), od 105 do 220 g.m2 (papier błyszczący); Opcjonalne podajniki 3+:Od 60 do 220 g/m2 (zwykły papier), od 105 do 220 g/m2 (papier błyszczący); ADF (automatyczny podajnik dokumentów): od 45 do 199

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie nr 1 Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o funkcję faksu.

W odpowiedzi na zapytanie nr 2 Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 256 MB pamięci z uwagi na fakt, że proponowany parametr jest gorszej jakości.

W odpowiedzi na zapytanie nr 3 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie parametru „Powiększenie/pomniejszenie – ZOOM 50%, 70%, 100%, 141%, 200% lub więcej” z uwagi na charakter pracy i różnorodne potrzeby ten parametr jest wymagany.

W odpowiedzi na zapytanie nr 4 Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie urządzenia o rozdzielczości drukowania 1200x600 dpi. Proponowane urządzenie jest gorszej jakości.

W odpowiedzi na zapytanie nr 5 Zamawiający usunął parametr dotyczący funkcji wykańczania dokumentów.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 32 – Ksero zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 32- Ksero.

10/ Poz. 33 Maszyna do czyszczenia powierzchni płaskich- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie maszyny zasilanej sieciowo~230V z wyposażeniem standardowym:

-ssawa 510mm

- szczotka czyszcząca

- listwa ssąca

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza maszyny zasilanej sieciowo i z w/w wyposażeniem. Zamawiający z uwagi na rozmiary czyszczonych powierzchni wymaga zasilania na baterie a także wyposażenia, które jest wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

11/ Poz. 35 Piec konwekcyjno-parowy- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie pieca o następujących parametrach:

Potrójna szyba w drzwiach

Wy.miary:948x871x1824 mm

Moc [kW]: 37,1

Pozostałe zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 35 – piec konwekcyjno-parowy zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 35- piec konwekcyjno-parowy.

12/ Poz. 36 pakowarka próżniowa- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie pakowarki o następujących parametrach:

Wymiary komory [mm]: 370x450x(H)170/220

Wymiary zewnętrzne [mm]: 425x560x[H]460

Moc (W): 750

Pozostałe zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanego urządzenia z uwagi na zbyt niską moc urządzenia i wymiary komory nie spełniające wymagań zawartych w SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 36 – pakowarka próżniowa zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 36- pakowarka próżniowa.

13/ Poz. 37. Wózek jezdny bemar 3-komorowy- 1 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie bemara o następujących parametrach:

Długość: 1320 mm

Szerokość: 690 mm

Wysokość: 900 mm

Bez kranów spustowych- Instalacja spustowa z jednym zaworem pod płytą dolną umożliwi spust wody jednocześnie ze wszystkich komór

Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza w/w wózka jezdnego bema 3-komorowy z uwagi na to, iż wymiar- długość oferowanego sprzętu a także brak kranów spustowych utrudni codzienne użytkowanie.

14/ Dotyczy: zał. nr 1b do SIWZ- nr 1 b do wzoru umowy- stawka 8%

Poz. 1 Łóżko rehabilitacyjne- 41 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o jednej wysokości zawieszenia leża?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o jednej wysokości zawieszenia leża.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

15/ Poz. 3 Stolik przyłóżkowy- 40 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o wymiarach blatu 700x400 mm+/- 5mm?

2. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o regulacji w zakresie 80-105 cm+/- 5mm?

Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy bez regulacji kąta nachylenia?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie stolika przyłóżkowego bez regulacji kąta nachylenia. Jest to parametr niezbędny z uwagi na wygodę użytkownika stolika przez mieszkańca.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 – stolik przyłóżkowy zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 3- stolik przyłóżkowy.

16/ Poz. 4 – Sterylizator- 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści sterylizator z maksymalną temperaturą procesu 136°C?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

zamawiający nie dopuszcza sterylizatora z maksymalną temperaturą procesu 136°C.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 4 – sterylizator zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 4- sterylizator.

17/ Załącznik nr 1b

Poz. 1. Przedmiot Łóżko rehabilitacyjne

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka rehabilitacyjnego o konstrukcji wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka rehabilitacyjnego o konstrukcji wykonanej z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym. Proponowane łóżko jest bardziej podatne na uszkodzenia np. zadrapania, które później wyglądają nieestetycznie.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

18/ Poz. 3 Przedmiot Stolik przyłóżkowy

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stolika przyłóżkowego z regulacją wysokości w zakresie 62-94 cm oraz kątową regulacją blatu 0° do 70°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stolika przyłóżkowego z uwagi na zbyt niską regulację wysokości stolika.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 – stolik przyłóżkowy zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 3- stolik przyłóżkowy.

19/ Poz. 5 Przedmiot Podnośnik

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podnośnika o wymiarach: długości 127,9 cm, szerokość 64 i wysokości 134,4 cm spełniającym pozostałe wymagania siwz?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podnośnika o w/w wymiarach. Proponowany podnośnik jest zbyt duży co utrudni jego transport i składowanie.

20/ Dotyczy pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy do szatni dla pracowników o wymiarach 180x800x500mm pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza szaf o wymiarach 180 x 800 x 500 mm z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w którym mają stać.

21/ Dotyczy pozycji nr 3

Czym Zamawiający dopuści szafę ognioodporną o wymiarach 195x93x52 cm pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie szafy o wymiarach 195x93x52 mm z uwagi na wymiary wnęki, w której ma w/w szafa stać.

22/ Dotyczy pozycji 4 Szafa metalowa na dokumentację

Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach 199x80x43,5 cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza szaf o wymiarach 199 x 80 x 43,5 cm z uwagi na rozmiary pomieszczenia, w którym mają stać.

23/ Dotyczy pozycji 36 Pakowarka próżniowa

Czy Zamawiający dopuści pakowarkę próżniową o wymiarach komory 44x44,5,6,7 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 36 – pakowarka próżniowa zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 36- pakowarka próżniowa.

24/ Dotyczy pozycji Pozycja 3 Przedmiot: Stolik przyłóżkowy- część b

Czy Zamawiający dopuści niniejszy stolik z 23% VAT? Niniejszy opis wskazuje na jednego producenta, który stolik sprzedaje z 23% VAT a sam stolik nie ma deklaracji zgodności z wyrobem medycznym i tym samym nie może być sprzedany na 8% VAT.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie stolika przyłóżkowego na 23% VAT. Stolik musi posiadać deklarację zgodności z wyrobem medycznym, co wskazuje na 8% stawkę podatku vat.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 – stolik przyłóżkowy zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 3- stolik przyłóżkowy.

Jednocześnie opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na jednego producenta.

25/ Dotyczy pozycji Pozycja 3 Przedmiot: Stolik przyłóżkowy- część b

Czy Zamawiający dopuści w miejsce stolika przyłóżkowego stolik polskiego producenta z deklaracją zgodności i z wyrobem medycznym, który może być zakupiony z 8% Vat. Stolik o parametrach:

- | <u>Lp.</u> | <u>Wymagane parametry i warunki</u> |
|------------|---|
| <u>1.</u> | <u>Wymiary blatu 800-1050mm</u> |
| <u>2.</u> | <u>Regulacja wysokości 44-700mm</u> |
| <u>3.</u> | <u>Stolik na stelażu metalowym malowanym farbą proszkową.</u> |
| <u>4.</u> | <u>Bez możliwości nachylenia blatu</u> |
| <u>5.</u> | <u>Koła z możliwością hamowania</u> |
| <u>6.</u> | <u>Wysokość stolika regulowana bezstopniowo</u> |
| <u>7.</u> | <u>Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej o wykonawcy</u> |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stolika przyłóżkowego z uwagi na brak możliwości nachylenia blatu, wymiary blatu a także zakres regulacji wysokości.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 – stolik przyłóżkowy zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 3- stolik przyłóżkowy.

26/ Dotyczy pozycji łóżka rehabilitacyjnego

Czy Zamawiający dopuści łóżko polskiego producenta o parametrach poniżej z wpisem do wyrobów medycznych (deklaracja zgodności z wyrobem medycznym)?

Opis

- leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym (pilot z kluczykiem umożliwiającym blokowanie wszystkich funkcji jednocześnie przez personel medyczny)
- obudowa łóżka z drewna i płyty laminowanej w komplecie z drewnianymi poręczami bocznymi
- pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga
- - indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych

- w leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej (w opcji w leżu metalowa siatka malowana farbą proszkową mocowana na stałe)

Parametry

- szerokość całkowita 1050 mm+/-10mm (950mm+/-10mm)

- długość całkowita 2140mm +/-10mm

- wymiary leża 2020x790mm+/-5mm

- regulacja wysokości 400-800mm +/-5mm

- regulacja segmentu pleców w zakresie 0^o, 70^o (+/-5^o)

- regulacja segmentu uda w zakresie 0^o, 30^o (+/-5^o)

- kąt przechyłu Trendelenburga 0-12^o (+/-5^o)

- kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-12^o (+/- 5^o)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanego łóżka z uwagi na fakt, że oferowany przedmiot nie spełnia wymagań z uwagi na zbyt wąskie wymiary leża.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

27/ Dotyczy pozycji 35

Czy Zamawiający dopuści piec o mocy 38,4 kW pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Czy Zamawiający zwiększy zakres dopuszczenia różnic wymiarów z 5% na 10%- ponieważ opisy niektórych produktów różnią się o kilka milimetrów a to raczej nie wpływa na użytkowanie i nie pozwalają zaproponować danego produktu. Produkty wytwarzane o niestandardowych parametrach wymagają czasu produkcyjnego oraz zwiększają znacznie koszty samego produktu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie proponowanego urządzenia z uwagi na fakt, że oferowany przedmiot posiada zbyt dużą moc przyłączeniową.

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie zakresu dopuszczenia różnic wymiarów z 5% na 10%. Opisy zawarte w SIWZ podyktowane są wymiarami pomieszczeń, w których sprzęt ma być rozmieszczony a także funkcjonalne użytkowanie i przechowywanie.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 35 – piec konwekcyjno-parowy zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 35- piec konwekcyjno-parowy .

28/ W treści SIWZ OPZ- załącznik nr 1a-pozycja 24 zamawiający opisuje:

Przedmiot: Lodówka podblatowa

- Lp. Wymagane parametry i warunki
1. O wymiarach: 85 x 55 x 58 cm (+/- 10%)
 2. Położenie zamrażarki na górze
 3. Poziom hałasu; max [dB] 39
 4. Liczba agregatów min. 1
 5. Pojemność chłodziarki- 100l (+/- 10%)
 6. Pojemność zamrażalnika- 15 l (+/-5%)
 7. Klasa energetyczna min. A+
 8. Lodówka wolnostojąca

W związku z powyższym, prosimy o wskazanie czy lodówka ma być podblatowa (do zabudowy) czy wolnostojąca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o lodówkę do zabudowy.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 24 – lodówka zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 24- lodówka .

29/ W treści SIWZ OPZ- załącznik nr 1a-pozycja 25 Zamawiający opisuje:

Pozycja 25

Przedmiot: chłodziarka podblatowa

- Lp. Wymagane parametry i warunki
1. O wymiarach: 122 x 55 x 55 cm (+/-10%)
 2. Liczba agregatów min. 1
 3. Pojemność chłodziarki- 220 l (+/-5%)
 4. Klasa energetyczna minimum A+
 5. Chłodziarka podblatowa.

W związku z powyższym, prosimy o wskazanie czy chłodziarka ma być podblatowa (do zabudowy) czy wolnostojąca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o chłodziarkę wolnostojącą.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 25 – chłodziarka wolnostojąca zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1a do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 25- chłodziarka wolnostojąca.

30/ W treści SIWZ OPZ- załącznik nr 1b-pozycja 1- łóżko rehabilitacyjnego

Zamawiający opisuje minimum dwie wysokości zawieszenia leża. Prosimy o wyjaśnienie takiego zapisu. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko rehabilitacyjne z jedną wysokością zawieszenia leża regulowaną w zakresie od 40 cm do 80 cm za pomocą pilota sterującego elektrycznymi siłownikami.

Odpowiedź:

Zamawiający opisując minimum dwie wysokości zawieszenia leża, kierował się bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców - użytkowników. Mając doświadczenie Zamawiający brał pod uwagę osoby niskie i osoby z trudnościami w poruszaniu się. Niższe zawieszenie leża ułatwia przesiadanie się na wózek oraz wstawanie osobom niższym i z trudnościami w chodzeniu.

Zamawiający dopuszcza łóżko rehabilitacyjne w zakresie regulacji leża 40 do 80 cm za pomocą pilota sterującego elektrycznymi siłownikami z jedną wysokością leża.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (tj.Dz.U z 2019 poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 – łóżko rehabilitacyjne zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy.

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1b do SIWZ i wzoru umowy dotyczy poz. 1- łóżko rehabilitacyjne.

31/ W treści SIWZ OPZ-poz. 12 krzesło drewniane gięte. Zamawiający nie wskazuje rodzaju stelaża.

Czy Zamawiający dopuszcza krzesło drewniane na stelażu metalowym, chromowanym?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące pozycji 12 Zamawiający informuje, że chodzi o krzesło drewniane gięte czyli na stelażu drewnianym. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza proponowanego produktu na stelażu metalowym, chromowanym.

32/ W treści SIWZ OPZ- poz. 13 krzesło drewniane lakierowane. Zamawiający nie wskazuje rodzaju stelaża.

W związku z powyższym prosimy o dokładne opisanie poz. 13, wraz ze wskazaniem rodzaju stelaża z jakiego ma być wykonane krzesło drewniane lakierowane.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące pozycji 13 Zamawiający informuje, że chodzi o krzesło na stelażu drewnianym.

33/ W SIWZ wyznaczony termin składania ofert jest dn. 04.09.2020 r godz. 11.00. Na miniportal (zrzut ekranu w załączeniu) termin składania ofert jest 08.09.2020 r . Prosimy o jednoznaczne określenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2020 r o godz. 11:00.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść pkt 11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

11.2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

11.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2020 r. do godz. 11:00.

11.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój nr 302 dnia 29.09.2020 r. o godzinie 13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

11.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielicka
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1a do SIWZ, 1a do wzoru umowy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 25

Przedmiot: **Chłodziarka wolnostojąca**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 122 x 55 x 55 cm(+/- 10%).
2.	Liczba agregatów min. 1.
3.	Pojemność chłodziarki – 220 l(+/- 5%),
4.	Klasa energetyczna minimum A+.
5.	Chłodziarka wolnostojąca.

Załącznik nr 1a do SIWZ, 1a do wzoru umowy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 32

Przedmiot: **Ksero**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Funkcje: kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie.
2.	Druk dwustronny.
3.	Automatyczny podajnik oryginałów.
4.	Czas nagrzewania do 60 s.
5.	Procesor minimum 400 MHz
6.	Pamięć minimum 768 MB.
7.	Powiększanie/pomniejszanie - ZOOM 50%, 70%, 100%, 141%,200% lub więcej.
8.	Szybkość drukowania A4: minimum 21 str./min,
9.	Rozdzielczość drukowania:: 2400 x 600 dpi
10.	Drukowanie dwustronne
11.	Dopuszczalna gramatura papieru co najmniej w zakresie 60 – 250 g/m2
12.	Podajniki papieru (standard) A4, A3
13.	Pojemność papieru min. 500 arkuszy

Załącznik nr 1a do SIWZ, 1a do wzoru umowy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 24

Przedmiot: **Lodówka**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 85 x 55 x 58 cm(+/- 10%). .
2.	Położenie zamrażarki na górze.
3.	Poziom hałasu;max[dB] 39.
4.	Liczba agregatów min. 1.
5.	Pojemność chłodziarki – 100 l (+/- 10%),
6.	Pojemność zamrażalnika – 15 l (+/- 5%),
7.	Klasa energetyczna min A+
8.	Lodówka do zabudowy.

Załącznik nr 1b do SIWZ, 1b do wzoru umowy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 1

Przedmiot: **Łóżko rehabilitacyjne**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Bezpieczne obciążenie robocze: min. 175 kg
2.	Maksymalna waga użytkownika: min. 135 kg
3.	Opuszczane poręcze boczne
4.	Długość zewnętrzna: 204,5 cm (+/- 5cm)
5.	Szerokość zewnętrzna: 100 cm (+/- 5cm)
6.	Długość leża: 200 cm (+/- 5cm)
7.	Szerokość leża: 90 (+/- 5cm)
8.	Wysokość leża: 40 cm (+/- 5cm)
9.	Leże cztero-segmentowe
10.	Płynna regulacja wysokości leża na pilota
11.	Obudowa w kolorze jasne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy
12.	Wysięgnik i bariery na wyposażeniu
13.	Leże metalowe bądź drewniane
14.	Deklaracja zgodności z wyrobem medycznym

Załącznik nr 1a do SIWZ, 1a do wzoru umowy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 36

Przedmiot: **Pakowarka próżniowa**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Komorowa
2.	Wymiary: 53 x 50 x 60 cm (+/- 5%)
3.	Moc min. 900 W
4.	Wydajność pompy nie mniejsza niż: 20m ³ /h.
5.	Rozmiary komory: 44 x 44 (+/- 5%)
6.	Głębokość komory: 6 cm (+/- 1 cm)
7.	Komora pakowarki wykonana ze stali nierdzewnej.

Załącznik nr 1a do SIWZ, 1a do wzoru umowy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 35

Przedmiot: **Piec konwekcyjno-parowy**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Ze stali nierdzewnej
2.	O wymiarach: 185x90x97 (+/- 5%)
3.	Z co najmniej podwójnie hartowaną szybą
4.	Wyświetlacz LCD
5.	Wentylator
6.	Pojemność min. 20x1/1GN.
7.	Zasilanie elektryczne o moc przyłączeniowej max. 37,5 kW

Załącznik nr 1b do SIWZ, 1b do wzoru umowy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 4

Przedmiot: Sterylizator

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Moc: 3,5 kW +/- 10%.
2.	Ciśnienie robocze: 2,1 Bar +/- 5%
3.	Ciśnienie max: 2,3 Bar
4.	Max. temperatura procesu: 137°C.
5.	Objętość komory procesowej min.: 2,5l.
6.	Wymiary komory procesowej: 29 x 19 x 4,5cm (+/-5%)
7.	Wymiary urządzenia: 56 x 25 x 16 cm (+/-5%)
8.	Waga max: 15kg.
9.	Zasilanie: 230V

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 3

Przedmiot: **Stolik przyłóżkowy**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Wymiary blatu: 60 x 40cm (+/- 5%)
2.	Wysokość regulowana w zakresie: 70 - 115 cm (+/- 5%)
3.	Min. obciążenie: 8 kg.
4.	Min. 3 pozycje nachylenia blatu;
5.	Koła z możliwością hamowania.
6.	Wysokość stolika regulowana bezstopniowo.
7.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy
8.	Deklaracja zgodności z wyrobem medycznym.

