

**DOTYCZY:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dot. zał. nr 1 do SIWZ; pozycja 31 pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Taboret obrotowy spełniający parametry techniczne Zamawiającego, nie posiadający jednak certyfikatu medycznego (wymaganego w pkt. 7 zestawienia parametrów technicznych), a w związku z tym obłożony stawką podatku VAT 23%.

Wg stanu wiedzy oferenta żaden taboret obrotowy na rynku nie posiada deklaracji zgodności z wyrobem medycznym.

**W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:**

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku dostępne są taborety posiadające deklarację zgodności z wyrobem medycznym. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania Taboretu obrotowego nieposiadającego certyfikatu medycznego.

2. Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ; pozycja 32 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści bardzo dobrej jakości podkład zapobiegający przemakaniu o gramaturze 150mg/m<sup>2</sup>?

**W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania podkładu zapobiegającego przemakaniu o gramaturze 150mg/ m<sup>2</sup>.

Zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ do SIWZ poz. 32 lp 1 Zamawiający wymaga dostarczenia podkładu zapobiegającego przemakaniu, wykonanego z dzianiny poliestrowo-poliuretanowej, gramatura 160mg/ m<sup>2</sup>.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  
Z-ca PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
*Jolanta Bielska*  
Z-ca DYREKTORA  
Biura Zamówień Publicznych