

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sali do ćwiczeń dla sportowców na potrzeby zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

poz. 1-3

Czy w przypadku tych maszyn zamawiający dopuszcza gradację obciążenia dokładniejszą (czyli 1,25 kg zamiast 2,5 kg)

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zamawiający dopuszcza dokładniejszą gradację obciążenia. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ zał. nr 1 *Opis wyposażenia sali do ćwiczeń dla sportowców*:

poz. 1 Maszyna na mięśnie górnej partii ciała. Ruchy wykonywane w płaszczyźnie czołowej było: „co 2,5 kg” **zmiana na „1,25kg lub co 2,5 kg”**

- poz. 2 Maszyna na mięśnie górnej partii ciała. Ruchy wykonywane w płaszczyźnie strzałkowej. było „co 2,5 kg” **zmiana na „1,25kg lub co 2,5 kg”**

- poz. 3 Maszyna do wzmocnienia środka ciężkości oraz wszystkich mięśni związanych ze stabilizacją kręgosłupa.

było „co 2,5 kg” **zmiana na „1,25kg lub co 2,5 kg”**

Pytanie nr 2

poz. 19 – analizator

Specyfikacja nie określa zakresu dostawy wystarczająco dokładnie - czy dostarczone ma być samo urządzenie, czy też zakres obejmować ma zestaw zawierający także próbki (w jakiej ilości/na ile prób?), sensory, kalibratory bufor, strzykawki oraz ew. przeglądy (wymagane 1 raz do roku) w okresie gwarancji?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Odnosnie analizatora (poz. 19 opisu wyposażenia sali do ćwiczeń dla sportowców) Zamawiający wymaga aby w okresie zaproponowanej gwarancji zawarte były przeglądy serwisowe i kalibracje. Jednocześnie zamawiający wymaga by zestaw wyposażony był w zestaw bufora, kalibratorów, sensorów wraz z próbkami i strzykawkami na min 6000 (sześć tysięcy) prób. Uwzględnić przy tym należy dostawę materiałów eksploatacyjnych raz w roku zgodnie z ich terminem ważności w okresie gwarancji.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ zał. nr 1 *Opis wyposażenia sali do ćwiczeń dla sportowców* w poz 19 poprzez doszczegółowienie, tj dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji muszą być wykonywane przeglądy serwisowe i kalibracje. Dostawa obejmuje zestaw bufora, kalibratorów, sensorów wraz z próbkami i strzykawkami na min 6000 (sześć tysięcy) prób. Uwzględnić przy tym należy dostawę materiałów eksploatacyjnych raz w roku zgodnie z ich terminem ważności w okresie gwarancji”

Pytanie nr 3

poz. 20 - zegary treningowe cyfrowe

Czy zegary ze względu na zastosowanie przy niecce basenowej mają być wyposażone w zintegrowane akumulatory ładowane prądem zmiennym czy mają posiadać jedynie zasilanie przewodowe prądem zmiennym 230V?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Odnosnie zegarów treningowych cyfrowych (poz. 20 opisu wyposażenia sali do ćwiczeń dla sportowców) Zamawiający wymaga, by zegary posiadały ładowane akumulatory wytrzymałe min 4h pracy na baterii oraz możliwość pracy ciągłej po podłączeniu do źródła prądu 230 V.

W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ zał. nr 1 *Opis wyposażenia sali do ćwiczeń dla sportowców*:

poz. 20 zegary treningowe cyfrowe

było: „zasilanie 230 V AC” zmiana na „ładowane akumulatory wytrzymujące min 4h pracy na baterii oraz możliwość pracy ciągłej po podłączeniu do źródła prądu 230V AC”

W załączeniu nowy aktualnie obowiązujący zał. Nr 1 do SIWZ *Opis wyposażenia sali do ćwiczeń dla sportowców*

W związku z powyższym dotychczasowe terminy na składanie i otwarcie ofert ustalone w pkt. 11 SIWZ na dzień **31.08.2015r. są nieaktualne.**

W oparciu o art. 38 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający ustalił nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2015 do godz. 12:30

Termin otwarcia oferta dnia 02.09.2015 o godz. 13:00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska

DYREKTOR

Biura Zamówień Publicznych