

Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na **dostawę urządzeń pomiarowych branży elektrycznej, elektronicznej i mechanicznej** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

Zwracamy się ponownie z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania **poniższych mierników analogowych ze zmianą zakresów za pomocą pokrętła lub zmianą zakresów za pomocą zacisków pomiarowych. W związku z zakończeniem działalności producenta niżej wymienionych mierników z wbudowanym pokrętłem zmiany zakresów takie mierniki nie są już dostępne na rynku.**

1. Poz. 4 - amperomierz magnetoelektryczny klasa 0,5%

Odpowiedź:

Zamawiający działając zgodnie z art. 11c ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany Wykazu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu oraz zał. nr 1 do umowy) w zakresie poz. 4 zgodnie z nw. treścią:

JEST:

Amperomierz magnetoelektryczny

- zakres pomiarowy: 0-7,5 A
- przyrząd wielozakresowy
- klasa > 0,5
- położenie pracy poziome
- możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
- gwarancja 24 miesiące
- oznaczenie CE
- zmiana zakresów - przełącznik obrotowy

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Amperomierz magnetoelektryczny

- zakres pomiarowy: 0-7,5 A
- przyrząd wielozakresowy
- klasa > 0,5
- położenie pracy poziome
- możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
- gwarancja 24 miesiące
- oznaczenie CE
- zmiana zakresów - przełącznik obrotowy lub za pomocą zacisków pomiarowych



2. Poz. 5 - woltomierz elektromagnetyczny klasa 0,5%

Odpowiedź:

Zamawiający działając zgodnie z art. 11c ustawy Pzp dokonuje zmiany Wykazu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu oraz zał. nr 1 do umowy) w zakresie poz. 5 zgodnie z nw. treścią:

JEST:

Woltomierz elektromagnetyczny

- zakres pomiarowy: 0-600 V,
- przyrząd wielozakresowy,
- klasa >0,5,
- położenie pracy poziome,
- możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
- gwarancja 24 miesiące
- oznaczenie CE
- zmiana zakresów - przełącznik obrotowy

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Woltomierz elektromagnetyczny

- zakres pomiarowy: 0-600 V,
- przyrząd wielozakresowy,
- klasa >0,5,
- położenie pracy poziome,
- możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
- gwarancja 24 miesiące
- oznaczenie CE
- zmiana zakresów - przełącznik obrotowy lub za pomocą zacisków pomiarowych

3. Poz. 6 - amperomierz elektromagnetyczny klasa 0,5%

Odpowiedź:

Zamawiający działając zgodnie z art. 11c ustawy Pzp dokonuje zmiany Wykazu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu oraz zał. nr 1 do umowy) w zakresie poz. 6 zgodnie z nw. treścią:

JEST:

Amperomierz elektromagnetyczny

- zakres pomiarowy: od min 0 do max. 30 A,
- przyrząd wielozakresowy,
- klasa > 0,5,
- położenie pracy poziome,
- możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
- gwarancja 24 miesiące
- oznaczenie CE
- zmiana zakresów - przełącznik obrotowy



OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Amperomierz elektromagnetyczny

- zakres pomiarowy: od min 0 do max. 30 A,
- przyrząd wielozakresowy,
- klasa > 0,5,
- położenie pracy poziome,
- możliwość podłączenia boczników zewnętrznych
- gwarancja 24 miesiące
- oznaczenie CE
- zmiana zakresów - przełącznik obrotowy lub za pomocą zacisków pomiarowych

Mając na względzie powyższe Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Pzp zmiany treści pkt IV.4) i IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz pkt V ogłoszenia o zamówieniu na stronie, na której będzie prowadzona licytacja - <https://licytacje.uzp.gov.pl> w zakresie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, w następujący sposób:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2019-09-17 godzina: 11:30.

Pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

