

Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie – zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

**FORMULARZ CENOWY ZAKRES 2 (STAWKA VAT 8%)**

LP.	NAZWA ASORTYMENTU	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Termometr bezdotykowy posiadający deklarację zgodności z wyrobem medycznym. Zakres mierzenia temperatury z czoła –min/max 34-42,9°C Temperatura otoczenia, w której termometr działa poprawnie – min/max 10-60°C Skala pomiaru dokładności - 0,1°C Dokładność (w oparciu o standard ASTM E 1965-98) Pomiar w stopniach Celsjusza Wyświetlacz LCD Sygnał dźwiękowy sygnalizujący podniesioną temperaturę	Szt.	2			
2	Zestaw: - Aparat do mierzenia ciśnienia posiadający deklarację zgodności z wyrobem medycznym. Konstrukcja z włókna węglowego. Skala odczytowa z zakresem 0-300 mmHg, o średnicy min 130 mm, obracana i czytelna. Spiralny wężyk min. 3 m. Zawór spustowy wyposażony w mikrofiltry zabezpieczające układ pomiarów. Maksymalny błąd pomiaru +/- 3mmHg. Gruszka bezłateksowa. Mankiet bezłateksowy dwuwężykowy, zapinany na rzep. Rozmiar 14x 58 cm +/-5%, obwód min. 29-41 cm, nadający się do prania. Stabilna podstawka na biurko z miejscem na mankiety. - Stetoskop posiadający deklarację zgodności z wyrobem medycznym z płaską głowicą osłuchową umożliwiającą wsunięcie pod mankiety ciśnieniomierza. Membrana o średnicy min. 44 mm. Jednoprzewodowa konstrukcja z transmisją dźwięku. W zestawie dodatkowe ołiwki uszne (duże/miękkie).	Szt.	2			
<b>RAZEM:</b>						

.....  
podpis osoby / osób upoważnionych do  
występowania w imieniu wykonawcy



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

